



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره اول سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۱۱۰

آزمایشگاه: دکتر بهرامی نژاد ۱۹۵۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۸۱	۷۷.۰۴	۴.۸۸	۰.۸۶	۵.۱۴%	جزئیات
۲	Urea	۲۷	۲۷.۴۳	۷.۷۶	-۰.۲۸	۱.۵۸%	جزئیات
۳	Uric Acid	۵.۰	۴.۹۰	۶.۹۴	۰.۲۶	۲%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۱۸	۱.۱۰	۹.۱۴	۰.۸۶	۷.۶۶%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۲۰	۱.۱۲	۱۲.۲۱	۰.۴۹	۷.۳۳%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۰.۲۵	۰.۲۸	۲۲.۹۳	-۰.۶۴	۱۲.۲۸%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۸۰	۱۷۴.۹۶	۴.۶۲	۰.۴۸	۲.۸۸%	جزئیات
۸	Triglyceride	۱۱۸	۱۰۵.۳۵	۶.۸۵	۱.۵۸	۱۲.۰۱%	جزئیات
۹	HDL	۵۲	۴۷.۳۷	۱۲.۷۴	۰.۸۱	۹.۷۸%	جزئیات
۱۰	Albumin	۳.۹۷	۴.۲۱	۵	-۰.۹۴	۵.۶۱%	جزئیات
۱۱	ALP	۱۴۶	۱۵۱.۰۷	۹.۸۱	-۰.۲۲	۳.۳۶%	جزئیات
۱۲	AST	۴۱	۳۹.۸۹	۸.۰۳	۰.۲۸	۲.۷۸%	جزئیات
۱۳	ALT	۴۳	۴۳.۶۵	۷.۳۱	-۰.۱۵	۱.۴۸%	جزئیات
۱۴	CPK	۹۰	۸۷.۲۹	۱۲.۲۱	۰.۲۱	۳.۱%	جزئیات
۱۵	LDH	۲۴۵	۲۵۹.۶۸	۱۰.۳۷	-۰.۷۱	۵.۶۵%	جزئیات
۱۶	Amylase	۸۶	۹۲.۸۹	۹.۱۵	-۰.۶۵	۷.۴۲%	جزئیات
۱۷	Lipase	۴۲	۴۶.۹۰	۱۸.۵۳	-۰.۵۸	۱۰.۴۴%	جزئیات
۱۸	GGT	۳۲	۳۱.۶۶	۱۲.۴۸	۰.۱۰	۱.۰۹%	جزئیات
۱۹	Calcium	۸.۹۳	۸.۷۷	۴.۱	۰.۳۶	۱.۷۹%	جزئیات
۲۰	Phosphorus	۳.۱	۳.۳۳	۸.۲۷	-۰.۸۷	۶.۷۹%	جزئیات
۲۱	Iron	۹۰	۹۵.۲۶	۷.۶۳	OOR	OOR	جزئیات
۲۲	TIBC	۲۴۵	۳۱۷.۲۳	۱۴.۸۸	-۱.۵۲	۲۲.۷۷%	جزئیات
۲۳	Tf	۷.۲۴	۶.۸۴	۱۲.۰۴	۰.۴۹	۵.۸۶%	جزئیات
۲۴	TSH	۱.۶۴	۱.۷۴	۱۴.۰۱	-۰.۴۷	۵.۵۸%	جزئیات
۲۵	Total PSA	۰.۱۸	۰.۱۵	۴۶.۲۶	۲.۲۰	۲۲.۴۵%	جزئیات
۲۶	Ferritin	۱۹.۸	۲۰.۹۱	۲۴.۸	-۰.۳۵	۵.۳۲%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول