



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۲۱۰

آزمایشگاه: دکتر بهرامی نژاد ۱۹۵۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۲۴۵	۲۶۹.۰۵	۵.۲۳	-۱.۴۹	۸.۹۴%	جزئیات
۲	Urea	۱۲۱	۱۱۵.۱۳	۷.۹۹	۰.۸۹	۵.۰۹%	جزئیات
۳	Uric Acid	۸.۴	۸.۵۷	۷.۸۸	-۰.۲۶	۲.۰۱%	جزئیات
۴	Creatinine	۳.۴	۳.۷۳	۸.۷۱	-۱.۰۱	۸.۹۷%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۴.۵	۵.۷۴	۱۰.۷۵	-۱.۴۴	۲۱.۵۳%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۲	۱.۶۴	۱۶.۱۵	-۱.۳۹	۲۶.۷۸%	جزئیات
۷	Cholestrol	۲۵۵	۲۸۳.۲۳	۴.۳۲	-۱.۶۶	۹.۹۷%	جزئیات
۸	Triglyceride	۲۳۰	۲۶۹.۵۱	۶.۳۵	-۱.۹۳	۱۴.۶۶%	جزئیات
۹	HDL	۷۵	۸۱.۷۷	۲۳.۱۲	-۰.۶۹	۸.۲۸%	جزئیات
۱۰	Albumin	۲.۹	۳.۰۸	۵.۴۷	-۰.۹۸	۵.۹۱%	جزئیات
۱۱	ALP	۵۰۰	۴۶۸.۸۲	۹.۳۱	۰.۴۳	۶.۶۵%	جزئیات
۱۲	AST	۹۸	۱۴۲.۸۰	۶.۸۲	-۳.۱۴	۳۱.۳۷%	جزئیات
۱۳	ALT	۱۱۹	۱۴۳.۸۷	۶.۶۹	-۱.۷۳	۱۷.۲۹%	جزئیات
۱۴	CPK	۴۵۳	۴۷۵.۳۲	۱۱.۵۳	-۰.۳۱	۴.۷%	جزئیات
۱۵	LDH	۵۴۰	۶۵۹.۹۴	۸.۳۸	-۲.۲۷	۱۸.۱۷%	جزئیات
۱۶	GGT	۱۳۶	۱۵۳.۰۵	۱۵.۲۴	-۱.۰۱	۱۱.۱۴%	جزئیات
۱۷	Calcium	۱۲.۴	۱۲.۴۰	۴.۹۵	-۰.۰۱	۰.۰۴%	جزئیات
۱۸	Phosphorus	۶.۳	۶.۶۳	۴.۵۹	-۰.۶۳	۴.۹۲%	جزئیات
۱۹	Iron	۲۱۰	۲۰۵.۴۳	۷.۰۱	۰.۱۹	۲.۲۲%	جزئیات
۲۰	TIBC	۳۲۸	۲۹۳.۶۶	۱۵.۶۵	۰.۷۸	۱۱.۶۹%	جزئیات
۲۱	Tf	۱۲.۲	۱۷.۳۱	۱۷.۶	-۲.۴۶	۲۹.۵۳%	جزئیات
۲۲	TSH	۱.۲۲	۱.۱۲	۱۳.۰۳	۰.۷۵	۹.۰۳%	جزئیات
۲۳	Total PSA	۳۳.۶	۲۹.۷۱	۱۸.۷۸	۱.۳۱	۱۳.۰۸%	جزئیات
۲۴	Ferritin	۲۹	۲۵.۸۸	۲۴.۱	۰.۸۰	۱۲.۰۵%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول