



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل



دوره اول سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۱۱۰

آزمایشگاه: دکتر بهرامی نژاد ۱۹۵۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۶.۳	۶.۴۲	۵.۴۱	-۰.۲۴	۱.۸۸%	جزئیات
۲	RBC	۴.۷۳	۴.۶۶	۲.۸۶	۰.۵۴	۱.۶۱%	جزئیات
۳	Hb	۱۴۵	۱۴۵.۳۰	۲.۲۵	-۰.۰۷	۰.۲%	جزئیات
۴	Hct	۴۴	۴۳.۳۳	۴.۵۲	۰.۳۹	۱.۵۶%	جزئیات
۵	MCV	۹۳.۳	۹۳.۰۳	۴.۶۹	۰.۰۷	۰.۲۹%	جزئیات
۶	MCH	۳۱	۳۱.۲۱	۳.۸۱	-۰.۲۲	۰.۶۷%	جزئیات
۷	MCHC	۳۲۶	۳۳۴.۹۷	۴.۰۳	-۰.۶۷	۲.۶۸%	جزئیات
۸	Plts	۲۴۸	۲۴۱.۱۱	۹.۵۹	۰.۲۹	۲.۸۶%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول